

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь  
ЛИНЕЙКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
Методика поверки**

**Сістэма забеспячэння адзінства вымярэнняў Рэспублікі Беларусь  
ЛІНЕЙКІ ВЫМЯРАЛЬНЫЯ МЕТАЛІЧНЫЯ  
Методыка паверкі**

System for ensuring the uniformity of measurements of the Republic of Belarus  
Measuring rulers, metal  
Methods of verification

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь

от \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Дата введения \_\_\_\_\_

Заменить аббревиатуру: «МКС» на «ОГКС».

Раздел 2. Исключить второй абзац.

Раздел 10, подраздел 10.2. Изложить в новой редакции:

«При положительных результатах поверки линейку признают пригодной к применению и на нее и (или) эксплуатационную документацию наносят знак поверки и (или) выдают свидетельство о поверке:

- для средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии, по форме, приведенной в [1] (приложение 2);

- для средств измерений, применяемых при измерениях вне сферы законодательной метрологии, по форме, установленной в технических нормативных правовых актах в области технического нормирования и стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений, локальных правовых актах юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих поверку.».

Раздел 10, подраздел 10.3. Изложить в новой редакции:

«При отрицательных результатах последующей поверки линейку признают непригодной к применению, выдают заключение о непригодности:

- для средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии, по форме, приведенной в [1] (приложение 3);

- для средств измерений, применяемых при измерениях вне сферы законодательной метрологии, по форме, установленной в технических нормативных правовых актах в области технического нормирования и стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений, локальных правовых актах юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих поверку.

Ранее нанесенный знак поверки средства измерений подлежит уничтожению путем приведения его в состояние непригодности для дальнейшего применения, свидетельство о поверке аннулируют.».

Раздел 10 дополнить подразделом 10.4.

«При отрицательных результатах первичной поверки линейку признают непригодной к применению, выдают заключение о непригодности:

- для средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии, по форме, приведенной в [1] (приложение 3);

- для средств измерений, применяемых при измерениях вне сферы законодательной метрологии, по форме, установленной в технических нормативных правовых актах в области технического нормирования и стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений, локальных правовых актах юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих поверку.».

Структурный элемент «Библиография».

Ссылку [3] изложить в новой редакции:


[1] Правила осуществления метрологической оценки в виде работ по государственной поверке средств измерений.

Утверждены постановлением Государственного комитета по стандартизации республики Беларусь от 21 апреля 2021 № 40.


Ссылки [1] и [2] исключить

(ИУ ТНПА № )

Директор Могилевского ЦСМС

  
С.С.Денисенко

Главный метролог Могилевского ЦСМС

  
Е.С.Князевич